

CD8Vb18

Einheit	%
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	0,58 - 5,23
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	02.01.2025 00:16