

## Triglyceride i. Punktat\*

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Aktualisierung: 25.01.2016 (neum./tieb.) Präanalytik: - Abnahme Monovette: weiße Monovette ohne Zusätze - für die Interpretation immer aktuelle Serum-TG mit bestimmen (Serum-Gel-Monovette)
<b>Einheit</b>	mmol/L
<b>Häufigkeit</b>	täglich, normalschichtig
<b>Material</b>	Punktat
<b>Probengefäß</b>	Punktat-Spezialgefäß
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	nicht akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	siehe Laborkatalog
<b>Verfahren</b>	enzymatischer Farbttest
<b>letzte Änderung</b>	01.09.2023 00:03