

DPD-Aktivitätsscore gemäß DGHO Positionspapier

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abnahmevorschrift | <p>Änderung: 09.12.2020 (Poi)</p> <p>Unbedingt die Einwilligungserklärung lt. Gendiagnostikgesetz (GenDG) vom 01.02.2010 mit einsenden! Die Einwilligungserklärung muss vom Patienten oder dem gesetzlichen Vertreter und dem aufklärenden Arzt unterschrieben sein, sonst darf eine Analytik nicht erfolgen!</p> <p>Präanalytik: Das Material für die Analytik ist ungekühlt mindestens eine Woche stabil!</p> <p>Störfaktoren: Nach Knochenmarkstransplantation können die aus peripheren Leukozyten gewonnenen Genotypisierungen aufgrund der Chimärenbildung (gleichzeitiges Vorhandensein von eigenen empfängerspezifischen und fremden spenderspezifischen hämatopoetischer Zellen in unterschiedlichen Verhältnissen in der Blutabnahme) irreführend sein!</p> |
| Material | EDTA-Blut |
| Probengefäß | EDTA-Monovette |
| Probenvolumen | 2.7 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | extrem erniedrigt: 1.0 2,0 |
| Verfahren | PCR Schmelzpunktanalyse |
| letzte Änderung | 29.11.2024 11:29 |