

FLT3-TKD (D835/I836)

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 03.03.2020 (Poi) - Knochenmarkaspirat - peripheres Blut - im Material sollte eine ausreichend hohe Blastenzahl vorhanden sein
Material	AML-Probe
Probengefäß	PB oder KM
letzte Änderung	02.01.2025 00:24