

Rheumafaktor IgG i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 03.03.2023 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Herstellerangabe: Lipämische, hämolytische oder mikrobiell kontaminierte Proben können fehlerhafte Ergebnisse liefern und sollten nicht verwendet werden.</p>
Einheit	IU/mL
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 40.0 <28 (gw.28-40)
Verfahren	FIA
letzte Änderung	05.02.2025 00:03