

## Procalcitonin i.P.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Analytik aus Serum - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 30ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum.
<b>Einheit</b>	ng/mL
<b>Material</b>	Plasma (Li-Heparin)
<b>Probengefäß</b>	Lithium-Heparinat-Monovette
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 20.00 <0,50
<b>Verfahren</b>	ECLIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:32