

## CD19+20+ im CPT System (GPt/L)

<b>Abnahmevorschrift</b>	EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.
<b>Einheit</b>	GPt/L
<b>Material</b>	CPT System
<b>Probengefäß</b>	Vacutainer CPT System (BD)
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>letzte Änderung</b>	22.08.2023 00:02