

Osmolalität i.L.*

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 12.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Material umgehend ins Labor - Liquor-Monovette ohne Zusätze - Blutbeimengungen führt zu verfälschten Ergebnissen
Einheit	mmol/kg
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Liquor
Probengefäß	Liquor-Röhrchen
Probenvolumen	1 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	280 - 320
Verfahren	Gefrierpunktniedrigung
letzte Änderung	02.01.2025 00:31