

freie Lambda-Leichtk. i.S. [BindingSite]

Abnahmevorschrift	Präanalytik, Indikationen und Interpretation siehe freie Kappa-Leichtketten im Serum
Einheit	mg/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 100.00 5.71 - 26.3
Verfahren	Turbidimetrie
letzte Änderung	25.01.2025 00:02