

NEUT-Y

Einheit	channels
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Referenzbereich	39 - 49
Verfahren	Elektronische Zählung
letzte Änderung	29.11.2024 11:58