

Beta-Hydroxybuttersäure

Einheit	mmol/L
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 10.00 0.03 - 0.30
Verfahren	Photometrie
letzte Änderung	18.03.2026 14:52