

Unreife Thrombozytenfraktion

Einheit	%
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	1,1 - 6,1
Verfahren	Elektronische Zählung
letzte Änderung	31.03.2025 01:45