

CD23

Einheit	%
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
letzte Änderung	02.01.2025 00:15