

Palmitinsäure i.U.

Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 2 negativ - nachgew.
letzte Änderung	29.11.2024 11:00