

anti-CD3/anti-CD28 - CD4+-T-Zellen*

Einheit	%
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	nicht definiert
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	29.11.2024 11:10