

Desaggr.Kollagen-ind.rel.

Abnahmevorschrift	siehe max.Aggr.Kollagen induz.(10µg/ml) - KOLin
Einheit	%
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
letzte Änderung	22.11.2023 00:01