

t-PA nach Stauung (Konz.)

Abnahmevorschrift	Bestimmung nur im Rahmen von Studien
Einheit	ng/mL
Häufigkeit	Bearbeitung nur nach Rücksprache
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
Verfahren	ELISA
letzte Änderung	02.01.2025 00:37