

transitionale B-Zellen (CD24++/38++)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Einheit | % |
| Häufigkeit | Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr |
| Material | CPT System |
| Probengefäß | Vacutainer CPT System (BD) |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Verfahren | Flowzytometrie |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:37 |