

Oxalate i.U. (Sed.)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abnahmevorschrift | Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen. |
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig |
| Material | Urin |
| Probengefäß | Urin-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | keine vorhanden |
| Verfahren | Mikroskopie bzw. Urin-Durchflußzytometrie |
| letzte Änderung | 19.05.2023 17:36 |