

pH-Wert i.U.

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 14.06.2024 (wo) Abnahme-/Transportbedingungen: - keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 5 extrem erhöht: 8 normal
letzte Änderung	30.11.2024 04:02