

Clonazepam i.S. (LC-MS)

Einheit	mg/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 0.100 ther.Ber.: 0.02-0.08 Kommentar: ther. Bereich: 0.02-0.08 toxisch ab: 0.1
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	02.01.2025 00:21