

## CD4Vb11

<b>Einheit</b>	GPt/L
<b>Material</b>	EDTA-Blut
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:26