

Ristocetin 1.2mg/ml Shape Change (t)

Einheit	s
Häufigkeit	werktags - Anmeldung im Labor erforderlich
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
Verfahren	Aggregationstest
letzte Änderung	29.11.2024 11:02