

**CD8Vb8**

<b>Einheit</b>	%
<b>Häufigkeit</b>	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
<b>Material</b>	EDTA-Blut
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	2.26 - 29.47
<b>Verfahren</b>	Flowzytometrie
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:16