

**CD19/CD5**

<b>Einheit</b>	%
<b>Material</b>	EDTA-Blut
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	Versand
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:15