

Alpha2-Makroglob.i.U.(rel.KREA)

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 30.08.2017 (Ko) siehe Alpha2-Makroglobulin-Konzentration im Urin
Einheit	mg/mmolKre
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	<1,13
Verfahren	Nephelometrie
letzte Änderung	29.11.2024 11:19