

Vb14

Einheit	%
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	1.33 - 8.03
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	02.01.2025 00:35