

ExTEM Clot-Festigkeit nach 20 min

Abnahmevorschrift	Siehe Thrombelastogramm
Einheit	mm
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
Referenzbereich	50 - 71
letzte Änderung	19.05.2023 17:05