

Clindamycin i.P.

Einheit	mg/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Plasma (EDTA-Blut)
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	Kommentar: Bei Rückfragen zu Dosierung und therapeutischen Zielen bitte an die klinische Infektiologie wenden.
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	02.01.2025 00:21