

Ethosuximid i.S. (LC-MS)

Einheit	mg/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 150 ther.Ber.: 40-100 Kommentar: ther. Bereich: 40-100 toxisch ab: 150
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	02.01.2025 00:24