

Kalzium-Clearance 2

Abnahmevorschrift	-> siehe iXCAT Mittelwert-Kalzium-Clearance (KClea , Nr. 10530)
Einheit	mL/s/1.72qm
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	0,01 - 0,06
letzte Änderung	29.11.2024 11:54