

Urat-Zylinder (Sed.)

Abnahmevorschrift	Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen.
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	keine vorhanden
Verfahren	Mikroskopie bzw. Urin-Durchflußzytometrie
letzte Änderung	19.05.2023 17:44