

Quotient IL-10/IL-6 im Punktat

Abnahmevorschrift	letzte Aktualisierung: 18.01.2021 (cho) IL-10/IL-6 = Rechengröße: ausschließlich für Vorderkammerwasser und Glaskörperpunktat (Augenklinik) IL-10 und IL-6 ist für Punktat nicht CE-zertifiziert
Material	Punktat
Probengefäß	Punktat-Spezialgefäß
letzte Änderung	29.11.2024 11:01