

Fluconazol i.S. (LC-MS)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 22.11.2018 (GW) Abnahmebedingungen: - Serum-Monovette, - Blutabnahme im steady state vor nächster Gabe (Talspiegel) Einflussgrößen: - Nierenfunktion
Einheit	mg/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 20.00 ther.Ber.: 1-5
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	11.01.2025 00:02