

Digoxin i.S.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 18.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Blutabnahme i.d.R. Talspiegel: vor Medikamenten-Gabe - Angabe von Abnahmezeit und letzter Gabe; - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 100ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum.
Einheit	nmol/L
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 0.20 extrem erhöht: 1.50 0.64 - 1.15
Verfahren	FPIA
letzte Änderung	29.11.2024 11:30