

## Übersegm.d.Neutrophilen

<b>Material</b>	EDTA-Blut
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>Referenzbereich</b>	nicht definiert
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:14