

Nierenepithelien i.U. (Sed.)

Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	keine vorhanden
Verfahren	Mikroskopie bzw. Urin-Durchflußzytometrie
letzte Änderung	19.05.2023 17:34