

CD8Vb23

| | |
|-----------------------------------|---|
| Einheit | % |
| Häufigkeit | Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr |
| Material | EDTA-Blut |
| Probengefäß | EDTA-Monovette |
| Probenvolumen | 2.7 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | 0.28 - 4.76 |
| Verfahren | Flowzytometrie |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:16 |