

# Erythroblasten

<b>Einheit</b>	Zellen						
<b>Material</b>	EDTA-Blut						
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette						
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml						
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert						
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 1M</td><td>nicht definiert</td></tr><tr><td>&gt; 1M</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 1M	nicht definiert	> 1M	0
Alter	Referenzbereich						
≤ 1M	nicht definiert						
> 1M	0						
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:30						