

Homovanillinsäure i.U. (Konz.)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 31.08.2023 (Kre) - Gewinnung von 24-Std.-Sammelurin unter Vorlage von 10ml 25%iger Salzsäure (im 2-Liter-Sammelgefäß) mit Angabe von Sammelmenge und Sammelzeit - Gewinnung von Spontanurin |
| Einheit | µmol/L |
| Häufigkeit | wöchentlich |
| Material | Sammelurin (angesäuert) |
| Probengefäß | Urin-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Verfahren | LC/MS |
| letzte Änderung | 31.03.2025 01:16 |