

Blasten (abs.)

Alternative Messeinheit	pro nL
Einheit	GPT/L
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Umrechnungsfaktor	1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL)
Verfahren	mikroskopische Zählung
letzte Änderung	29.11.2024 11:24