

Cyfra 21-1 i.S. [IRMA] (Cisbio)

Abnahmevorschrift	Aktualisierung: 16.10.2015 (be) Präanalytik: Standarduntersuchungsmaterial: Serum
Einheit	ng/mL
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 10.0 < 3.3
Verfahren	IRMA
letzte Änderung	29.11.2024 11:29