

Erythroblasten (abs.) im EDTA-Blut (GPt/L)

Alternative Messeinheit	pro nL								
Einheit	GPt/L								
Häufigkeit	werktags, normalschichtig								
Material	EDTA-Blut								
Probengefäß	EDTA-Monovette								
Probenvolumen	2.7 ml								
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert								
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 1T</td><td><4.8</td></tr><tr><td>1T - 1M</td><td><1.1</td></tr><tr><td>> 1M</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 1T	<4.8	1T - 1M	<1.1	> 1M	0
Alter	Referenzbereich								
≤ 1T	<4.8								
1T - 1M	<1.1								
> 1M	0								
Umrechnungsfaktor	1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL)								
Verfahren	Elektronische Zählung								
letzte Änderung	29.11.2024 11:30								