

## Ketonkörper i.U.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Erstellt: 18.01.2016 (Cha) Letzte Aktualisierung: 02.08.2018 (Poi)
<b>Einheit</b>	mmol/L
<b>Häufigkeit</b>	Notfallparameter, ganztägig
<b>Material</b>	Urin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 1.50 negativ
<b>Verfahren</b>	Urinteststreifen
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:55