

Gesamtprotein i.U. (Konz.)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Spontanurin und im Morgenurin, - Bestimmung im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit) wird i.d.R. als obsolet betrachtet Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung) |
| Einheit | g/L |
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig |
| Material | Sammelurin |
| Probengefäß | Urin-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | nicht definiert |
| Verfahren | photometrisch, Pyrogallol-Rot-Reaktion |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:26 |