

Kokain i.P.

Material	Plasma (Li-Heparin)
Probengefäß	Lithium-Heparinat-Monovette
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 1 cut-off 50ng/ml
letzte Änderung	30.11.2024 04:02